Ref.: BA010 Ácido Úrico 100 mL 640 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS

Analytical Conditions	
R1 volume	**80.00**
R2 volume	**00.00**
R3 volume	**20.00**
R4 volume	**0.00**
R1 diluent vol.	**0.00**
R2 diluent vol.	**0.00**
R3 diluent vol.	**0.00**
R4 diluent vol.	**0.00**
Serumreac. s. vol.	**10.00**
Serumdil. method	**Standard**
Reaction time	**10 min**
Reagent 1 stir.	**Weak**
Reagent 2 stir	**Weak**
Reagent 3 stir.	**Weak**
Reagent 4 stir.	**Weak**

Sub-analy. conditions	
Name	**URIC**
Digits	**1**
M-w ave. L.	**505 nm**
S-w ave. L	**596 nm**
Analy. mthd.	**EPA**
Calc. mthd.	**STD**
Qualit. Judg.	**Not do**

Reanalysis conditions	
Serum reac. smp. vol. (µL)	**10.00**
Serum dilut. method. (µL)	**Special**
Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**
Serumdilut. method. (d)	**None**

Standards setting	
BLK H	**9.9999**
BLK L	**-9.9999**
STD H	**9.9999**
STD L	**-9.9999**
FV	**#**
Abnml. (serum) H	@
Abnml. (serum) L	@

Multi-Standards setting			
Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
Points	**2**		
	FV	MEAN	
BLK	**0.00**	**-**	
	#	**-**	

Calculation method setting	
M-DET. P. l	**0**
M-DET. P. m	**97**
M-DET. P. n	**98**
S-DET. P. p	**46**
S-DET. P. r	**47**
Check D.P.I.	**0**
Limit value	**0,003**
Variance	**10**

Prozone	
Prozone form.	**None**
Prozone limit	**9.999**
Prozone judge	**Upper limit**
Judge limit	**9.999**
M-DET. P. m	**0**
M-DET. P. n	**0**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**

Reaction rate method	
Cycle	**3**
Factor	**3.0**
Reac. Type	**Inc.**
E2 corre.	**Not do**
Blank (µL)	**9.9999**
Blank (d)	**-9.999**
Sample (µL)	**9.9999**
Sample (d)	**-9.999**

Endpoint method	
Re. Absorb(µL)	**9.9999**
Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Ácido Úrico indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA016 AEO Turbidimétrico 50 mL 2500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador AEO que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**0.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**0.00**				
R2 volume	**00.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**20.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**5.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**50**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**52**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**72**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**AEO**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0,003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**MSTD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de AEO indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA019 Albumina 250 mL 2155 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**	
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**10.00**	BLK	**H 9.9999**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**15.00**	STD	**H 9.9999**
R2 volume	**00.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**120**	STD	**L -9.9999**
R3 volume	**20.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**5.00**		
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**		
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**		
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@
Serumreac. s. vol.	**10.00**				
Serumdil. method	**Standard**				
Reaction time	**10 min**				

		Calculation method setting		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 1 stir.	**Weak**						
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**20**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**22**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**ALB**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**1**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**505 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**596 nm**	Limit value	**0,003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Albumina indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA364 ALT/TGP 50 mL 320 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		Reanalysis conditions		Standard setting			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**5.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**6.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**00.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**114**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**20.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**25.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**25.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**60**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**80**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**ALT**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**340 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**410 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de ALT-TGP indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA028 Amilase CNPG 30 mL 316 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**3.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**3.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**0.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**8.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**10**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**30**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**AMI**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**410 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**451 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Amilase indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA367 AST/TGO 50 mL 320 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**10.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**6.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**00.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**114**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**20.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**25.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**25.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**60**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**80**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**AST**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**340 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**410 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de AST-TGO indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA037 Bilirrubina Direta 50 mL 400 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**5.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**100.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**20.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**25.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**10.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**97**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**46**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**BIL.D**	S-DET. P. r	**47**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**658 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Bilirrubina Direta indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA040 Bilirrubina Total 50 mL 400 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**5.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**100.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**20.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**25.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**6.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**97**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**46**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**BIL.T**	S-DET. P. r	**47**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re.	**9.9999**
						Absorb(µL) Re. Absorb(d)	**-9.999**

\# = Inserir a concentração de Bilirrubina Total indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA046 Cálcio Arsenazo 50 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**5.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**100.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**15.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**120**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**5.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**5.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**33**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**34**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**CA**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**1**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**658 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**751 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

\# = Inserir a concentração de Cálcio indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA076 CK-NAC 50 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**3.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**3.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**20.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**25.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**73**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**76**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**CK**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**340 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re.	**9.9999**
						Absorb(µL)	
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de CK NAK indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA082 Colesterol 200 mL 2500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**4.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**108**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**4.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**4.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**97**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**COL**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**505 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**596 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Colesterol indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA091 Colinesterase 25 mL 200 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**2.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**100.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**108**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**2.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**25.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**10.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**68**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**COLIN**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**410 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**694 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Colinesterase indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA124 Creatinina Cinética 200 mL 1600 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS	
Analytical Conditions	
R1 volume	**100.00**
R2 volume	**25.00**
R3 volume	**0.00**
R4 volume	**0.00**
R1 diluent vol.	**0.00**
R2 diluent vol.	**0.00**
R3 diluent vol.	**0.00**
R4 diluent vol.	**0.00**
Serumreac. s. vol.	**30.00**
Serumdil. method	**Standard**
Reaction time	**10 min**
Reagent 1 stir.	**Weak**
Reagent 2 stir	**Weak**
Reagent 3 stir.	**Weak**
Reagent 4 stir.	**Weak**
Sub-analy. conditions	
Name	**CRE**
Digits	**1**
M-w ave. L.	**505 nm**
S-w ave. L	**571 nm**
Analy. mthd.	**2PA**
Calc. mthd.	**STD**
Qualit. Judg.	**Not do**

Reanalysis conditions	
Serum reac. smp. vol. (µL)	**20.00**
Serum dilut. method. (µL)	**Special**
Serumreac. smp. vol. (d)	**15.00**
Serumdilut. vol. (µL)	**120**
Serum dilu posi (µL)	**0**
Serum reac smp vol (d)	**20.0**
Serum dilut method (d)	**special**
Serum dil smp vol (d)	**30.0**
Serum dil vol (d)	**60.0**
Serum dil posi (d)	**0**

Standard setting	
BLK	**H 9.9999**
BLK	**L -9.9999**
STD	**H 9.9999**
STD	**L -9.9999**
FV	#
Abnml (serum) H	@
Abnml (serum) L	@

Calculation method setting	
M-DET. P. l	**0**
M-DET. P. m	**52**
M-DET. P. n	**64**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**
Check D.P.I.	**0**
Limit value	**0.003**
Variance	**10**

Prozone	
Prozone form.	**None**
Prozone limit	**9.999**
Prozone judge	**Upper limit**
Judge limit	**9.999**
M-DET. P. m	**0**
M-DET. P. n	**0**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**

Reaction rate method	
Cycle	**3**
Factor	**3.0**
Reac. Type	**Dec.**
E2 corre.	**Not do**
Blank (µL)	**9.9999**
Blank (d)	**-9.999**
Sample (µL)	**9.9999**
Sample (d)	**-9.999**

Endpoint method	
Re. Absorb(µL)	**9.9999**
Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Creatinina indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA208 Ferro 50 mL 660 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS

Analytical Conditions	
R1 volume	**60.00**
R2 volume	**0.00**
R3 volume	**15.00**
R4 volume	**0.00**
R1 diluent vol.	**0.00**
R2 diluent vol.	**0.00**
R3 diluent vol.	**0.00**
R4 diluent vol.	**0.00**
Serumreac. s. vol.	**25.00**
Serumdil. method	**Standard**
Reaction time	**10 min**
Reagent 1 stir.	**Weak**
Reagent 2 stir	**Weak**
Reagent 3 stir.	**Weak**
Reagent 4 stir.	**Weak**

Sub-analy. conditions	
Name	**FE**
Digits	**2**
M-w ave. L.	**571 nm**
S-w ave. L	
Analy. mthd.	**EPA**
Calc. mthd.	**STD**
Qualit. Judg.	**Not do**

Reanalysis conditions	
Serum reac. smp. vol. (µL)	**0.00**
Serum dilut. method. (µL)	**NONE**
Serumreac. smp. vol. (d)	**0.00**
Serumdilut. method. (d)	**None**

Standards setting	
BLK H	**9.9999**
BLK L	**-9.9999**
STD H	**9.9999**
STD L	**-9.9999**
FV	**#**
Abnml. (serum) H	@
Abnml. (serum) L	@

Multi-Standards setting			
Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
Points	**2**		
	FV	MEAN	
BLK	**0.00**	**-**	
1	**#**	**-**	

Calculation method setting	
M-DET. P. l	**0**
M-DET. P. m	**96**
M-DET. P. n	**98**
S-DET. P. p	**44**
S-DET. P. r	**46**
Check D.P.I.	**0**
Limit value	**0.003**
Variance	**10**

Prozone	
Prozone form.	**None**
Prozone limit	**9.999**
Prozone judge	**Upper limit**
Judge limit	**9.999**
M-DET. P. m	**0**
M-DET. P. n	**0**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**

Reaction rate method	
Cycle	**3**
Factor	**3.0**
Reac. Type	**Inc.**
E2 corre.	**Not do**
Blank (µL)	**9.9999**
Blank (d)	**-9.999**
Sample (µL)	**9.9999**
Sample (d)	**-9.999**

Endpoint method	
Re. Absorb(µL)	**9.9999**
Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Ferro indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 750 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		Reanalysis conditions		Standard setting	
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**8.00**	BLK	**H 9.9999**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**
R1 volume	**64.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**	STD	**H 9.9999**
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**108**	STD	**L -9.9999**
R3 volume	**16.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**8.0**		
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**		
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**		
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@
Serumreac. s. vol.	**8.00**				
Serumdil. method	**Standard**				
Reaction time	**10 min**				

Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**60**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**70**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**FAL**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**410 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**451 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Fosfatase Alcalina indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA223 Fosfatase Alcalina 60 mL 750 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do **reagente de trabalho.**

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (μL)	**8.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (μL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (μL)	**108**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi (μL)	**0**	FV	**#**		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**8.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**8.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**60**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**70**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**FAL**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (μL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**410 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (μL)	**9.9999**
S-w ave. L	**451 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(μL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Fosfatase Alcalina indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Bioanalítica
diagnóstica

Protocolos Automação Bioanalítica ADVIA 1650 ®

Ref.: BA229 Fósforo UV 100 mL 1250 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**4.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**108**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**4.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**4.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**50**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**52**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**FOSF**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**1**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**340 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**410 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Fósforo indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA235 FR Turbidimétrico 50 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador FR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**0.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**5**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**0.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**20.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**5.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**66**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**68**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**46**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**FR**	S-DET. P. r	**48**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**658 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**MSTD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Fator Reumatóide indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA238 Frutosamina 50 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de Frutosamina e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS

Analytical Conditions	
R1 volume	**100.00**
R2 volume	**0.00**
R3 volume	**0.00**
R4 volume	**0.00**
R1 diluent vol.	**0.00**
R2 diluent vol.	**0.00**
R3 diluent vol.	**0.00**
R4 diluent vol.	**0.00**
Serumreac. s. vol.	**25.00**
Serumdil. method	**Standard**
Reaction time	**10 min**
Reagent 1 stir.	**Weak**
Reagent 2 stir	**Weak**
Reagent 3 stir.	**Weak**
Reagent 4 stir.	**Weak**

Sub-analy. conditions	
Name	**FRU**
Digits	**2**
M-w ave. L.	**545 nm**
S-w ave. L	
Analy. mthd.	**2PA**
Calc. mthd.	**ABS**
Qualit. Judg.	**Not do**

Reanalysis conditions	
Serum reac. smp. vol. (µL)	**5.00**
Serum dilut. method. (µL)	**NONE**
Serumreac. smp. vol. (d)	**5.00**
Serumdilut. method. (d)	**None**

Standards setting	
BLK H	**9.9999**
BLK L	**-9.9999**
STD H	**9.9999**
STD L	**-9.9999**
FV	**#**
Abnml. (serum) H	@
Abnml. (serum) L	@

Multi-Standards setting			
Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
Points	**2**		
	FV	MEAN	
BLK	**0.00**	**-**	
1	**#**	**-**	

Calculation method setting	
M-DET. P. l	**0**
M-DET. P. m	**65**
M-DET. P. n	**98**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**
Check D.P.I.	**0**
Limit value	**0.003**
Variance	**10**

Prozone	
Prozone form.	**None**
Prozone limit	**9.999**
Prozone judge	**Upper limit**
Judge limit	**9.999**
M-DET. P. m	**0**
M-DET. P. n	**0**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**

Reaction rate method	
Cycle	**3**
Factor	**3.0**
Reac. Type	**Inc.**
E2 corre.	**Not do**
Blank (µL)	**9.9999**
Blank (d)	**-9.999**
Sample (µL)	**9.9999**
Sample (d)	**-9.999**

Endpoint method	
Re. Absorb(µL)	**9.9999**
Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Frutosamina indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA241 Gama GT 60 mL 750 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**10.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**6.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**114**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	#		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**20.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**20.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**60**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**80**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**GGT**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**410 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**451 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

\# = Inserir a concentração de Gama GT indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA244 Glicose 500 mL 6250 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**4.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**6.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**114**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**4.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**4.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**97**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**5**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**GLI**	S-DET. P. r	**6**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**505 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**596 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Glicose indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA259 HDL Direto 80 mL 547 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador de HDL e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (μL)	**2.00**	BLK	**H 9.9999**		
		Serum dilut. method. (μL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**		
R1 volume	**81.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**	STD	**H 9.9999**		
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (μL)	**108**	STD	**L -9.9999**		
R3 volume	**27.00**	Serum dilu posi (μL)	**0**	FV	**#**		
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**4.0**				
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**				
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**				
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@		
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@		
Serumreac. s. vol.	**2.00**						
Serumdil. method	**Standard**						
Reaction time	**10 min**						
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**97**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**46**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**HDL**	S-DET. P. r	**47**	M-DET. P. m	**0**	Blank (μL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**578 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (μL)	**9.9999**
S-w ave. L	**694 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(μL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de HDL indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA133 LDH UV 50 mL 625 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Standard setting**	
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**8.00**	BLK	**H 9.9999**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	BLK	**L -9.9999**
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**6.00**	STD	**H 9.9999**
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. vol. (µL)	**114**	STD	**L -9.9999**
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi (µL)	**0**	FV	**#**
R4 volume	**0.00**	Serum reac smp vol (d)	**8.0**		
R1 diluent vol.	**0.00**	Serum dilut method (d)	**special**		
R2 diluent vol.	**0.00**	Serum dil smp vol (d)	**30.0**		
R3 diluent vol.	**0.00**	Serum dil vol (d)	**60.0**	Abnml (serum) H	@
R4 diluent vol.	**0.00**	Serum dil posi (d)	**0**	Abnml (serum) L	@
Serumreac. s. vol.	**8.00**				
Serumdil. method	**Standard**				
Reaction time	**10 min**				

		Calculation method setting		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 1 stir.	**Weak**						
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**60**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**80**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Dec.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**LDH**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**340 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**410 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de LDH indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA295 Lipase 60 mL 425 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**7.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**90.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**107**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**7.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**51.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**7.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**58**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**76**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**LIP**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**574 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**694 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**2PA**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Lipase indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA301 Magnésio 100 mL 1000 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**10.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**100.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**108**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**10.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**5.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**33**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**34**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**46**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**MG**	S-DET. P. r	**47**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**1**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**505 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**506 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re.	**9.9999**
						Absorb(µL) Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Magnésio indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA304 Microalbuminúria 50 mL 333 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador Microalbuminúria que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**3.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**150.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**3.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**0.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**6.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**3 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**10**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**27**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**MALB**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**MSTD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Microalbuminúria indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA320 PCR-HS 50 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR HS que compõe o kit – Controle Proteico BA104 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		Reanalysis conditions		Multi-Standards setting			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**3.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**5**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**0.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**20.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**7.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**96**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**98**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**44**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**PCR-HS**	S-DET. P. r	**46**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**MSTD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re.	**9.9999**
						Absorb(µL) Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de PCR indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA325 PCR Turbidimétrico 50 mL 500 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Calibrador PCR que compõe o kit – Controle Reumático BA120 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do **reagente de trabalho**.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (μL)	**3.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (μL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**100.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**3.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**0.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**3.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**5 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**30**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**32**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**PCR**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (μL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (μL)	**9.9999**
S-w ave. L		Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(μL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de PCR indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA334 Proteínas Totais 250 mL 3125 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		Reanalysis conditions		Multi-Standards setting			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**8.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**108**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**8.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**8.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**49**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**50**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**PT**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**1**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**545 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**751 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Proteínas Totais indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA331 Proteína U/LCR 25 mL 312 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão que compõe o kit para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		**Reanalysis conditions**		**Multi-Standards setting**			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**8.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**Special**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**12.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**108**		FV	MEAN	
		Serum Dil posi	**0**				
		Serum reac smp vol (d)	**8.00**				
		Serum duli method (µL)	**Special**				
		Serum reac smp vol (d)	**30.00**				
		Serum dilu vol.	**60**				
R3 volume	**0.00**	Serum dilu posi	**0**	BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**8.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. I	**0**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**51**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**52**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Do**
Name	**PU**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**0**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**596 nm**	Check D.P.I.	**0**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**694 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**EPA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Proteínas indicada no Padrão.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA379 Triglicérides 100 mL 1250 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS

Analytical Conditions	
R1 volume	**80.00**
R2 volume	**0.00**
R3 volume	**0.00**
R4 volume	**0.00**
R1 diluent vol.	**0.00**
R2 diluent vol.	**0.00**
R3 diluent vol.	**0.00**
R4 diluent vol.	**0.00**
Serumreac. s. vol.	**4.00**
Serumdil. method	**Standard**
Reaction time	**10 min**
Reagent 1 stir.	**Weak**
Reagent 2 stir	**Weak**
Reagent 3 stir.	**Weak**
Reagent 4 stir.	**Weak**

Sub-analy. conditions	
Name	**TRI**
Digits	**0**
M-w ave. L.	**505 nm**
S-w ave. L	**596 nm**
Analy. mthd.	**EPA**
Calc. mthd.	**STD**
Qualit. Judg.	**Not do**

Reanalysis conditions	
Serum reac. smp. vol. (µL)	**4.00**
Serum dilut. method. (µL)	**Special**
Serumreac. smp. vol. (d)	**6.00**
Serumdilut. method. (d)	**114**
Serum Dil posi	**0**
Serum reac smp vol (d)	**4.00**
Serum duli method (µL)	**Special**
Serum reac smp vol (d)	**30.00**
Serum dilu vol.	**60**
Serum dilu posi	**0**

Standards setting	
BLK H	**9.9999**
BLK L	**-9.9999**
STD H	**9.9999**
STD L	**-9.9999**
FV	**#**
Abnml. (serum) H	@
Abnml. (serum) L	@

Multi-Standards setting			
Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
Points	**2**		
	FV	MEAN	
BLK	**0.00**	**-**	
1	**#**	**-**	

Calculation method setting	
M-DET. P. l	**0**
M-DET. P. m	**97**
M-DET. P. n	**98**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**
Check D.P.I.	**0**
Limit value	**0.003**
Variance	**10**

Prozone	
Prozone form.	**None**
Prozone limit	**9.999**
Prozone judge	**Upper limit**
Judge limit	**9.999**
M-DET. P. m	**0**
M-DET. P. n	**0**
S-DET. P. p	**0**
S-DET. P. r	**0**

Reaction rate method	
Cycle	**3**
Factor	**3.0**
Reac. Type	**Inc.**
E2 corre.	**Do**
Blank (µL)	**9.9999**
Blank (d)	**-9.999**
Sample (µL)	**9.9999**
Sample (d)	**-9.999**

Endpoint method	
Re. Absorb(µL)	**9.9999**
Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Triglicérides indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019

Ref.: BA391 Uréia UV 100 mL 1000 testes

Para melhor desempenho é necessário a compreensão da Instrução de Uso e do Manual de Operações do Analisador. Alguns analisadores utilizam versões diferentes de software, podendo ser necessárias alterações na aplicação.
A Bioanalítica recomenda o uso do Padrão ou do Calibrador Bioanalítica - BA052 e os Controle N – BA115 e Controle P – BA118 para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.
Utilizar a Instrução de Uso para preparo e estabilidade do reagente.

ANALYTICAL PARAMETERS		Reanalysis conditions		Multi-Standards setting			
Analytical Conditions		Serum reac. smp. vol. (µL)	**0.00**	Formula	**Linear correction**	Axis conv	**No convert**
		Serum dilut. method. (µL)	**NONE**	Points	**2**		
R1 volume	**80.00**	Serumreac. smp. vol. (d)	**0.00**				
R2 volume	**0.00**	Serumdilut. method. (d)	**None**		FV	MEAN	
R3 volume	**20.00**			BLK	**0.00**	**-**	
R4 volume	**0.00**	**Standards setting**		**STD1**	**#**	**-**	
R1 diluent vol.	**0.00**	BLK H	**9.9999**				
R2 diluent vol.	**0.00**	BLK L	**-9.9999**				
R3 diluent vol.	**0.00**	STD H	**9.9999**				
R4 diluent vol.	**0.00**	STD L	**-9.9999**				
Serumreac. s. vol.	**4.00**	FV	**#**				
Serumdil. method	**Standard**						
		Abnml. (serum) H	@				
Reaction time	**10 min**	Abnml. (serum) L	@				
Reagent 1 stir.	**Weak**	**Calculation method setting**		**Prozone**		**Reaction rate method**	
Reagent 2 stir	**Weak**						
Reagent 3 stir.	**Weak**	M-DET. P. l	**50**	Prozone form.	**None**	Cycle	**3**
Reagent 4 stir.	**Weak**	M-DET. P. m	**57**	Prozone limit	**9.999**	Factor	**3.0**
		M-DET. P. n	**73**	Prozone judge	**Upper limit**	Reac. Type	**Inc.**
Sub-analy. conditions		S-DET. P. p	**0**	Judge limit	**9.999**	E2 corre.	**Not do**
Name	**URE**	S-DET. P. r	**0**	M-DET. P. m	**0**	Blank (µL)	**9.9999**
Digits	**2**			M-DET. P. n	**0**	Blank (d)	**-9.999**
M-w ave. L.	**340 nm**	Check D.P.I.	**49**	S-DET. P. p	**0**	Sample (µL)	**9.9999**
S-w ave. L	**410 nm**	Limit value	**0.003**	S-DET. P. r	**0**	Sample (d)	**-9.999**
Analy. mthd.	**RRA**	Variance	**10**				
Calc. mthd.	**STD**					**Endpoint method**	
Qualit. Judg.	**Not do**					Re. Absorb(µL)	**9.9999**
						Re. Absorb(d)	**-9.999**

= Inserir a concentração de Uréia indicada na Tabela do Calibrador.
@ = Parâmetro definido pelo usuário.

EDIÇÃO: 09/2019